



STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

Očekávané výsledky EHK-936 - Sérologie Herpes simplex viru

očekávané výsledky z vyhlášené EHK-936 - Sérologie Herpes simplex viru

vzorek 1

- poolovaná HSV IgM pozitivní séra
- HSV 1 a 2 IgG pozitivní, HSV IgM pozitivní

vzorek 2

- defibrinovaná plazma od zdravého dárce krve, HSV séronegativní
- HSV 1 a 2 IgG negativní, HSV IgM negativní

nebodovaný vzorek

- defibrinovaná plazma od zdravého dárce krve s anamnestickými protilátkami proti HSV1 slité se séry obsahujícími revmatoidní faktor bez určené třídy protilátek

výsledky NRL pro herpetické viry

	EIA HSV IgG	EIA HSV2 IgG	EIA HSV IgM	NIF HSV IgG	NIF HSV IgM
Vzorek 1	pozitivní	pozitivní	pozitivní	1:320	1:20
Vzorek 2	negativní	negativní	negativní	<1:10	<1:10
Nebodovaný vzorek	pozitivní	negativní	negativní	nd	<1:10