



Státní zdravotní ústav
Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti
Poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7001 akreditovaný ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17043: 2010
Šrobárova 49/48, 100 00, Praha 10



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/7/2020, EHK – 1115

Očekávané výsledky - sérologie CMV

Použité testy:

I. Abbott Architect CMIA CMV IgG ; Abbott Architect CMIA CMV IgM

II. Test Line EIA CMV IgG; Test Line EIA CMV IgM

avidita CMV IgG: Test Line EIA CMV IgG

Vzorek A:

CMV IgG: pozitivní - I. 215,8 AU/ml

II. 9,798 S/CO

CMV IgM: negativní - I. 0,66 S/CO

II. 0,537 S/CO

avidita CMV IgG = 72,9 % - vysoká

Interpretace: Séropozitivní

Vzorek B:

CMV IgG: pozitivní - I. 1 293,3 AU/ml

II. 11,979 S/CO

CMV IgM: negativní - I. 0,07 S/CO

II. 0,237 S/CO

avidita CMV IgG = 77,4 % - vysoká

Interpretace: Séropozitivní

Datum: 1. 4. 2020

Vyhotovil: MUDr. Štěpánová, Ph.D.