



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/27/2020, EHK - 1138

Očekávané výsledky - Sérologie VZV

Vzorek 1

- defibrinovaná plazma od zdravého dárce s anamnestickými protilátkami proti VZV a pool sér obsahující revmatoidní faktor

Vzorek 2

- defibrinovaná plazma od zdravého dárce s anamnestickými protilátkami proti VZV

označení	hodnocení	VZV IgG	Avidita anti VZV IgG	VZV IgM
EHK A Defibrin. plazma	VZV anamnestické protilátky Kód 2	+	vysokoavidní	-
EHK B Defibrin. plazma	VZV anamnestické protilátky Kód 2	+	vysokoavidní	-

Vyhotovila: MUDr. Klára Labská

Dne: 26. 6. 2020