



Státní zdravotní ústav
Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti
Poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7001 akreditovaný ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17043: 2010
Šrobárova 49/48, 100 00, Praha 10



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/21/2021, EHK 1196

Očekávané výsledky - Sérologie chlamydií

označení vzorku	anti-LPS (rodové protilátky)			anti- <i>Chlamydia pneumoniae</i> (druhové protilátky)			anti- <i>Chlamydia trachomatis</i> (druhové protilátky)			anti- <i>Chlamydia psittaci</i> (druhové protilátky)		
	IgG	IgA	IgM	IgG	IgA	IgM	IgG	IgA	IgM	IgG	IgA	IgM
A	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
B	P	N	N	P	P	N	P	P	N	N	N	N
C	P	P	N	P	P	N	P	P	N	N	N	N
D	P	N	N	P	P	N	P	P	N	N	N	N
E	N	N	N	P	N	N	P	N	N	N	N	N

P = pozitivní
N = negativní
HR = hraniční

Datum: 21. 5. 2021

Vypracovala: MUDr. Zákoucká