



**Příloha Závěrečné zprávy pro PT#M/31-1/2020 (Souhrn výsledků EHK 1144), která je nedílnou součástí této zprávy.**

**Souhrn výsledků EHK 1144 vyšetření amplifikačními metodami v laboratořích**

TEST PCR	KÓD LAB	VZOREK č. 1		VZOREK č. 2		VZOREK č. 3		VZOREK č. 4		VZOREK č. 5		BODOVÉ HODNOCENÍ
		LR	HR	LR	HR	LR	HR	LR	HR	LR	HR	
Cobas 4800 HR HPV panel, HPV16/18, Roche	115	-	POZ	-	HPV 16	-	NEG	-	POZ	-	HPV 18	10
Cobas 4800 HR HPV panel, HPV16/18, Roche	346	-	POZ	-	HPV 16	-	NEG	-	POZ	-	HPV 18	10
Cobas 4800 HR HPV panel, HPV16/18, Roche	365	-	POZ	-	HPV 16	-	NEG	-	POZ	-	HPV 18	10
Cobas 4800 HR HPV panel, HPV16/18, Roche	370	-	POZ	-	HPV 16	-	NEG	-	POZ	-	HPV 18	10
Cobas 4800 HR HPV panel, HPV16/18, Roche	494	-	POZ	-	HPV 16	-	NEG	-	POZ	-	HPV 18	10
Cobas 4800 HR HPV panel, HPV16/18, Roche	508	-	POZ	-	HPV 16	-	NEG	-	POZ	-	HPV 18	10
Cobas 4800 HR HPV panel, HPV16/18, Roche	530	-	POZ	-	HPV 16	-	NEG	-	POZ	-	HPV 18	10
Cobas 4800 HR HPV panel, HPV16/18, Roche	531	-	POZ	-	HPV 16	-	NEG	-	POZ	-	HPV 18	10
Cobas 4800 HR HPV panel, HPV16/18, Roche	544	-	POZ	-	HPV 16	-	NEG	-	POZ	-	HPV 18	10
Cobas 4800 HR HPV panel, HPV16/18, Roche	734	-	POZ	-	HPV 16	-	NEG	-	POZ	-	HPV 18	10
Cobas 4800 HR HPV panel, HPV16/18, Roche	750	-	POZ	-	HPV 16	-	NEG	-	POZ	-	HPV 18	10

Cobas 4800 HR HPV panel, HPV16/18, Roche	369	-	POZ	-	HPV 16	-	NEG	-	NEG (INV)	-	HPV 18 (INV)	8
HPV Easy-Screening, AID, Německo	369	NEG	POZ	NEG	HPV 16	NEG	NEG	NEG	POZ	NEG	HPV 18	9
AmpliSens HPV HCR Genotype, AmpliSens HPV6/11	754	HPV 6	HPV 45	NEG	HPV 16	NEG	NEG	NEG	HPV 52	NEG	HPV 18	10
GeneXpert HPV Assay, Cepheid, BioVendor	26	-	HPV 18/45	-	HPV 16	-	NEG	-	POZ	-	HPV 18/45	10
GeneXpert HPV Assay, Cepheid, BioVendor	35	-	HPV 18/45	-	HPV 16	-	NEG	-	POZ	-	HPV 18/45	10
GeneXpert HPV Assay, Cepheid, BioVendor	192	-	HPV 18/45	-	HPV 16	-	NEG	-	POZ	-	HPV 18/45	10
GeneXpert HPV Assay, Cepheid, BioVendor	316	-	HPV 18/45	-	HPV 16	-	NEG	-	POZ	-	HPV 18/45	10
GeneXpert HPV Assay, Cepheid, BioVendor	329	-	HPV 18/45	-	HPV 16	-	NEG	-	POZ	-	HPV 18/45	10
GeneXpert HPV Assay, Cepheid, BioVendor	529	-	HPV 18/45	-	HPV 16	-	NEG	-	POZ	-	HPV 18/45	10
Anyplex II HPV28 Detection, Seegene	16	HPV 6	HPV 45	NEG	HPV 16	NEG	NEG	NEG	HPV 52	NEG	HPV 18	10
Anyplex II HPV28 Detection, Seegene	156	HPV 6	HPV 45	NEG	HPV 16	NEG	NEG	NEG	HPV 52	NEG	HPV 18	10
Anyplex II HPV28 Detection, Seegene	742	HPV 6	HPV 45	NEG	HPV 16	NEG	NEG	NEG	HPV 52	NEG	HPV 18	10
Anyplex II HPV28 Detection, Seegene	554	HPV 6	HPV 45	NEG	HPV 16	NEG	NEG	NEG	HPV 52, 33	NEG	HPV 18	9
Anyplex II HPV28 Detection, Seegene	736	HPV 6	HPV 45	NEG	HPV 16	NEG	NEG	NEG	HPV 52	NEG	HPV 18	10
"in house" PCR, primery CPSGB, sekvenace	736	HPV 6	HPV 45	NEG	HPV 16	NEG	NEG	NEG	HPV 52	NEG	HPV 18	10
Linear Array HPV, Roche	736	HPV 6	HPV 45	NEG	HPV 16	NEG	NEG	NEG	HPV 52	NEG	HPV 18	10
Anyplex II HPV HR Detection, Seegene	598	-	HPV 45	-	HPV 16	-	NEG	-	HPV 52	-	HPV 18	10

Human Papillomavirus (HPV) PCR Kit, GeneProof + AmpliSens HPV 6/11 FRT	539	HPV 6	HPV 45	NEG	HPV 16	NEG	NEG	NEG	POZ	NEG	HPV 18	10
Human Papillomavirus (HPV) PCR Kit, GeneProof	552	-	HPV 45	-	HPV 16	-	NEG	-	POZ	-	HPV 18	10
Human Papillomavirus (HPV) PCR Kit, GeneProof	783	-	HPV 45	-	HPV 16	-	NEG	-	POZ	-	HPV 18	10
HPV Genotypes 14 Real-TM Quant, Sacace Biotechnologies, Dynex	460	-	HPV 45	-	HPV 16	-	NEG	-	HPV 52	-	HPV 18	10
HPV 14 Screening and 16,18,45 Typing Real-TM Quant, Sacace Biotechnologies, Dynex	64	-	HPV 45	-	HPV 16	-	NEG	-	POZ	-	HPV 18	10
PCR STD Detection Kit, GenID, Medisco	211	POZ	POZ	NEG	POZ	NEG	NEG	NEG	POZ	NEG	POZ	10
AmoyDx HPV Genotyping Detection Kit, Amoy Diagnostic	542	HPV 6	HPV 45	NEG	HPV 16	NEG	NEG	NEG	HPV 52	NEG	HPV 18	10
"in house" PCR GP5+/6+-bio, reverse line blot	NRL PV	HPV 6	HPV 45	NEG	HPV 16	NEG	NEG	NEG	HPV 52	NEG	HPV 18	
<b>POŽADOVANÝ VÝSLEDEK</b>		HPV 6	HPV 45	NEG	HPV 16	NEG	NEG	NEG	HPV 52	NEG	HPV 18	

	chyba detekce
-	test neumožňuje detekci LR HPV typů
INV	automatické vyhodnocení vnitřní kontroly testu INVALID