



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/11/2023, EHK 1335

Očekávané výsledky: **Detekce nukleové kyseliny respiračních virů**

Vzorek	Influenza A	Influenza B	Adenovirus	RSV
A	negativní	<b>pozitivní</b>	negativní	negativní
B	negativní	negativní	<b>pozitivní</b>	negativní
C	<b>pozitivní</b>	negativní	negativní	negativní
D	negativní	negativní	negativní	<b>pozitivní</b>

Vzorky byly individuálně kódované, takže vzorek A nemusí odpovídat vzorku č. 1 na štítku zkumavky.

V Praze dne 12. 4. 2023  
Vypracoval: MUDr. Limberková