



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/17-2/2023, EHK 1370

Očekávané výsledky: Sérologie HBV - markery

MARKER	VZOREK				
	A	B	C	D	E
HBsAg	-	-	+	-	+
Anti-HBc total	-	-	+	-	+
Anti-HBc IgM	-	-	-	-	-
HBeAg	-	-	-	-	-
Anti-HBe	-	-	+	-	+
Anti-HBs	-	+	-	+	-

Vzorky jsou individuálně kódovány, takže písmeno A v tabulce nemusí odpovídat číslu 1 na štítku zkumavky.

V Praze dne 7. 11. 2023
Vypracoval: Mgr. Fritz