



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/17/2024, EHK 1397

Očekávané výsledky: **Sérologie HBV - markery**

MARKER	VZOREK				
	A	B	C	D	E
HBsAg	+	-	-	-	+
Anti-HBc total	+	-	-	-	+
Anti-HBc IgM	-	-	-	-	-
HBeAg	-	-	-	-	-
Anti-HBe	+	-	-	-	+
Anti-HBs	-	+	-	-	-

Vzorky jsou individuálně kódovány, takže písmeno A v tabulce nemusí odpovídat číslu 1 na štítku zkumavky.

V Praze dne 10. 5. 2024
Vypracoval: Mgr. Fritz