



Státní zdravotní ústav
Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti
Poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7001 akreditovaný ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17043: 2010
Šrobárova 49/48, 100 00, Praha 10



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/24/2024, EHK 1405

Očekávané výsledky: **Sérologie Helicobacter pylori**

Vzorek	A	B	C	D
IgA	pozitivní	negativní	negativní	negativní
IgG	pozitivní	negativní	negativní	negativní

V Praze dne 5. 6. 2024

Vypracoval: RNDr. Ondřej Souček, Ph.D.