



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/26/2024, EHK 1407

Očekávané výsledky: **Sérologie Herpes simplex viru**

Označení	Hodnocení	HSV IgG	HSV IgM	HSV2 IgG
<b>Vzorek A</b>	anamnestické protilátky (interpretace č. 2, 3)	pozitivní	negativní	negativní
<b>Vzorek B</b>	séronegativní (interpretace č. 1)	negativní	negativní	negativní

Vzorek A: plazma zdravého dárce krve

Vzorek B: plazma zdravého dárce krve

Vzorky byly individuálně kódované, takže vzorek A v tabulce nemusí odpovídat vzorku č. 1 na štítku zkumavky.

V Praze dne: 13. 6. 2024

Vypracoval: Ing. Michaela Růžková, Ph.D.